

Profil jumlah streptococcus mutans pada biofilm di berbagai bahan basis gigi tiruan (kajian bahan, metal resin akrilik, dan valplast) = Amount of streptococcus mutans biofilm on different denture base materials (study on metal acrylic resin and valplast materials)

Sheila Silvia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20421416&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Latar Belakang: Prevalensi denture stomatitis pada pengguna gigi tiruan dengan basis cukup tinggi.

Tujuan: Mengamati pengaruh kekasaran bahan basis gigi tiruan terhadap jumlah koloni Streptococcus mutans.

Metode: Kekasaran spesimen diukur menggunakan surface roughness tester. Spesimen dicelupkan ke dalam eppendorf tube modifikasi berisi Streptococcus mutans dengan durasi inkubasi 12 jam dan 24 jam. Data dianalisis dengan Korelasi Bivariat (Pearson).

Hasil: Terdapat hubungan kuat positif antara pemolesan bahan basis gigi tiruan dengan jumlah koloni Streptococcus mutans.

Kesimpulan: Penurunan nilai kekasaran permukaan setelah dilakukan pemolesan pada bahan basis gigi tiruan metal, resin akrilik, dan valplast, akan diikuti dengan penurunan jumlah koloni Streptococcus mutans.

.....

Introduction: The prevalence of denture stomatitis is high in denture wearers.

Objectives: The objective of this study is to observe the effect of surface roughness of denture base materials to the amount of Streptococcus mutans.

Methods: Surface roughness was measured by using surface roughness tester. Specimens were dipped into the eppendorf tube containing Streptococcus mutans and incubated for 12 and 24 hours. Statistical analysis was conducted by Bivariate Correlation (Pearson).

Results: There is a strong positive correlation between polishing denture base material with the amount of Streptococcus mutans.

Conclusion: The decrease in the value of surface roughness after polishing the denture base metal, acrylic resin, and valplast is followed by the decrease in amount of Streptococcus mutans.