Universitas Indonesia Library >> Artikel Jurnal

Pembuatan catu daya untuk peralatan tiltmeter di goa Jepang Kaliurang

Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20426358&lokasi=lokal

---

Abstrak

Telah dibuat catu daya untuk peralatan tiltmeter di goa Jepang Kaliurang. Dari catu daya yang berasal dari 2 buah aki masing-masing 12 V 60 Ah (ampere jam) telah dihasilkan catu daya stabil: (1). Positif dan negatif 8,2 V, 60 mA, (2). Positif 5 V, 50 mA, (3). Negatif 6,9 V, 20 mA, (4). Positif 2,96 V dan positif 2,86 V, 50 mA. Aki yang dipakai diharapkan dapat berfungsi dengan baik secara terus menerus selama dua minggu dan kemudian dapat diisi lagi untuk keperluan berikutnya.