

# Profil distribusi dosis Computed Tomography (CT) sepanjang sumbu-z dengan variasi pitch: studi fantom in-house = Distribution dose profile of Computed Tomography (CT) along the z-axis with pitch variation: in-house phantom study

Marwazi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20499885&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Computed Tomography (CT) merupakan modalitas sinar-X untuk membuat citra organ dalam tiga dimensi. Akuisisi citra dilakukan dengan perputaran tabung sinar-X yang disertai gerakan meja, sehingga tabung mengelilingi pasien dalam bentuk spiral. Gerakan meja pasien persatu rotasi gantry dibagi lebar kolimator pada isocenter dikenal dengan pitch, yang berpengaruh pada kualitas citra maupun dosis radiasi pada pasien. Telah diobservasi profil ditribusi dosis sepanjang sumbu-Z fantom simulasi toraks in house berbentuk silinder elips dengan ukuran  $28\text{ cm} \times 21\text{ cm}$  dan panjang 22 cm. Fantom terbuat dari bahan PMMA dengan Hounsfield Unit ( $123,10 \pm 3,96\text{ HU}$ ) dilengkapi dengan objek simulasi paru dari gabus patah ( $-790,60 \pm 15,55\text{ HU}$ ), dan tulang belakang dari material teflon dengan ( $918,60 \pm 7,35$ ) balok dan silinder untuk tempat film gafchromic ukuran  $1\text{ cm} \times 25\text{ cm}$ . Posisi film ditandai dengan 1-9 dengan koordinat berturut turut (0, 0), (5, 0), (10, 0), (-5, 0), (-10, 0), (0, 4), (0, 8), (0, -4), (0, -8). Citra fantom diakuisisi dengan kondisi eksposi 120 kV, 100 mAs dan pitch 0,8, 1,0, dan 1,5. Dosis minimum terjadi pada awal dan akhir scan untuk seluruh profil dan nilai pitch, dosis rata-rata material paru (2, 3, 4, dan 5) dalam rentang (2,49-2,90) mGy untuk pitch 0,8 dan (2,36-2,88) mGy untuk pitch 1,0, serta (2,33-2,74) mGy untuk pitch 1,5, relatif lebih rendah disbanding dengan pada jaringan lunak dan tulang. Dosis maksimum selalu terjadi di pertengahan sumbu-Z. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan pitch 0,8 dan 1,0 tidak memberikan perbedaan dosis yang signifikan dan menurunkan dosis rata-rata pada pitch 1,5. Selain itu dosis maksimum tidak selalu terjadi di pertengahan sumb-z dikarenakan oleh material isotropis.

.....

Computed Tomography (CT) is an X-ray modality for scanning organ in three dimensional images. Image acquisition is performed by rotating X-ray tube that match with table movements, there by the tube can cover patient body in a spiral scan. Patient table movements by gantry rotation divided by the width of the collimator on the isocenter is known as a pitch, which affects the image quality and radiation dose in the patient. A dose distribution profile has been observed along the z-axis of the in-house thorax phantom simulation in an elliptical cylinder form with the size of  $28\text{ cm} \times 21\text{ cm}$  and 22 cm length. Phantom is made from PMMA with Hounsfield Unit ( $123.10 \pm 3.96\text{ HU}$ ) was equipped with a lungs simulation object using a cork ( $-790.60 \pm 15.55\text{ HU}$ ), a spine using Teflon material ( $918.6 \pm 7.35\text{ HU}$ ), and 9 bar and a cylinder to place  $1\text{ cm} \times 25\text{ cm}$  gafchromic films. The position of the film was marked with point position 1-9 for the series of coordinates (0,0), (5, 0), (10, 0), (-5, 0), (-10, 0), (0, 4), (0, 8), (0, -4), (0, -8) cm. The phantom images was performed with an exposure condition by 120 kV, 100 mAs and pitch variations (0.8, 1.0 and 1.5). The minimum dose occurred at the beginning and end of the scan for all profiles and pitch values. The average dose of lung material (2, 3, 4, and 5) in the range (2.49-2.90) mGy for pitch 0.8, (2.36-2.88) mGy for pitch 1.0 and (2.33-2.74) mGy for pitch 1.5. The dose in lung was relatively lower compared to the dose in soft tissue and bone. The maximum dose always occur in the middle of the z-axis. It can be concluded

that the use of pitch 0.8 and 1.0 did not provide a significant dose difference and reduced the average dose on pitch 1.5. Moreover, the maximum dose does not always occur in the middle of the z-axis due to an isotropic material.