

## **Perbandingan Akurasi Pola Pasak Akrilik dan Pola Pasak Inlay Wax : Suatu Simulasi Laboratorik Menggunakan Master Die Intracoronal dengan Memperhatikan Waktu Penyimpanan**

Farisza Gita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=76061&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Terlepasnya pasak tuang karena fitness yang tidak baik terhadap permukaan saluran akar, menyebabkan retensi pasak tidak optimal. Penelitian ini adalah suatu kwasi eksperimental laboratorik yang membandingkan akurasi pola pasak resin akrilik dan pola pasak inlay wax berdasarkan waktu penyimpanan. Pengamatan dilakukan terhadap celah marginal antara master die dengan spesimen menggunakan Electric Measuring Microscope MM-40 Nikon. Waktu penyimpanan yang diamati adalah 15 menit, 30 menit dan 24 jam. Secara deskriptif terbukti kontraksi inlay wax lebih besar dibandingkan kontraksi resin akrilik. Hasil uji ANOVA 2 arah menunjukkan interaksi antara waktu penyimpanan dan jenis bahan pola, sedangkan hasil ANOVA 1 arah menunjukkan perbedaan bermakna antar waktu penyimpanan masingmasing bahan pola pada P 0.000. Hasil uji Limit Significant Difference pada masing-masing bahan poly menyimpulkan adanya perbedaan bermakna antar waktu penyimpanan, sedangkan uji 't' menyimpulkan pula perbedaan bermakna pada masing-masing waktu penyimpanan antara kedua bahan pola. Disimpulkan akurasi pola pasak resin akrilik lebih baik dibandingkan pola pasak inlay wax.